

INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS

Exp. 2022/019

Adquisición del equipamiento tecnológico: suministro, instalación y montaje de sistemas y equipos tecnológicos de laboratorio para la Estación Experimental Cajamar, sita en el Paraje las Palmerillas, Nº 25, Santa María del Águila (El Ejido), Sede principal de la Incubadora de alta tecnología especializada en innovación tecnológica y gestión sostenible del agua (Cajamar Innova)

LOTE 2/6

Atendiendo a lo indicado en el pliego de cláusulas particulares dirigido a la prestación de los **“Adquisición del equipamiento tecnológico: suministro, instalación y montaje de sistemas y equipos tecnológicos de laboratorio para la Estación Experimental Cajamar, sita en el Paraje las Palmerillas, Nº 25, Santa María del Águila (El Ejido), Sede principal de la Incubadora de alta tecnología especializada en innovación tecnológica y gestión sostenible del agua (Cajamar Innova)”**, en el marco de la convocatoria de ayudas concedidas por la Fundación INCYDE para el desarrollo del proyecto **“Incubadoras de empresas de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes”** de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Exp. 2022/019).

La mesa de contratación remitió a este comité de expertos las 2 propuestas admitidas a licitación para el lote 2 el pasado 29/04/2022, solicitando que se emita el correspondiente informe de evaluación de los criterios de adjudicación que dependan de juicio de valor, conforme a lo estipulado en las Instrucciones de Contratación y según lo indicado en el Anexo I del pliego de cláusulas particulares. El plazo para la realización de este informe no debe ser superior a **siete días (días naturales)** desde la fecha de apertura del sobre nº 2 (29/04/2022).

Las 2 propuestas admitidas a licitación han sido:

1. Distribuciones Industriales y Científicas, SL
2. Equilabo Scientific, SL

Han formado parte de este comité de expertos:

- Don Ieltxu Gómez Iturrióz – Fundación Cajamar.
- Don Miguel Ángel Domene Ruiz – Fundación Cajamar.
- Doña María Dolores Segura Rodríguez – Fundación Cajamar.

Tal y como establece el Anexo III del Pliego de Cláusulas Particulares *“La ausencia de cualquiera de los miembros del Comité de Expertos podrá ser cubierta por otro experto en la materia. Los nombres del sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste y actuación en la que se produce su intervención, se harán igualmente constar en el Acta/Informe que emitan con los expertos con sus valoraciones.”*

1. Distribuciones Industriales y Científicas, SL (LOTE 2)

1.1. Criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor

Dentro de este epígrafe, las características valoradas han sido las establecidas por el Anexo 1, resultando las siguientes puntuaciones:

Total puntos de prestaciones y características: Excluido

1.2. Aspectos negativos de la propuesta

El Analizador BIOASSAY (2.8) no incluye el PC de control para gestionar el equipo. Este elemento es fundamental para el manejo de la máquina, y sin él no se tiene las funcionalidades requeridas en el pliego de condiciones técnicas. **Este aspecto es excluyente de la negociación.**

Tampoco incluye información sobre la formación del curso básico de manejo y mantenimiento tanto del equipo como del software.

Cuatro de los equipos solicitados, concretamente Balanza (2.1), Maletín La Motte (2.3), Estufa de secado (2.5) y Fluorometro (2.6), no especifican la garantía, acorde con lo propuesto en la propuesta técnica.

2. Equilabo Scientific, SL (LOTE 2)

1.3. Criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor

Dentro de este epígrafe, las características valoradas han sido las establecidas por el Anexo 1, resultando las siguientes puntuaciones:

| Equilabo | | | | |
|--|------|--|----------------------------------|-------------|
| | Máx. | Servicio técnico (1-10) | | Valoración |
| 1.1.- Servicio técnico | 8 | 8,7 | | 7,0 |
| | Máx. | Instalación de los equipos (máx. 4,5) (1-10) | Puesta a punto (máx. 4,5) (1-10) | Valoración |
| Instalación del equipamiento, puesta a punto y formación | 9 | 8,3 | 8,0 | 7,3 |
| | Máx. | Prestaciones y características (1-10) | | Valoración |
| Prestaciones y características de los equipos | 4 | 9,3 | | 3,7 |
| | Máx. | Propuesta técnica (1-10) | | Valoración |
| Propuesta técnica | 4 | 9,0 | | 3,6 |
| | 25 | | | |
| | | | Total | 21,6 |

Total: 21,6

1.4. Aspectos más destacables.

La oferta se ajusta perfectamente las demandas de garantía, especificándolo en cada uno de ellos y coincidiendo plenamente lo propuesto en los pliegos.

La memoria técnica elaborada ha sido muy completa, especificando las características de los equipos, pero sobre todo incidiendo en las coberturas garantizables en cada uno de ellos. Además de ofertar un programa formativo muy serio tanto al principio como a posteriori. Con respecto a la memoria descriptiva técnica de su oferta se ajusta perfectamente a todas las características solicitadas en la licitación.

2. RESUMEN DE LAS VALORACIONES

El resumen de las valoraciones es el que se expone en la siguiente tabla:

| Empresa | Puntos |
|---|----------|
| Distribuciones Industriales y Científicas, SL | Excluido |
| Equilabo Scientific, SL | 21,6 |

Se redacta el presente informe de valoración en fecha y forma y se remite a la Mesa de Contratación para su revisión.



Don Ieltxu Gómez Iturrioz – Fundación Cajamar.

Almería, 6 de mayo de 2022



Don Miguel Ángel Domene Ruiz – Fundación Cajamar.



Doña María Dolores Segura Rodríguez – Fundación Cajamar.