

INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS

Exp. 2022/024

Suministro, instalación y montaje de equipos tecnológicos de laboratorio para la Estación Experimental Cajamar, sita en el Paraje las Palmerillas, Nº 25, Santa María del Águila (El Ejido), Sede principal de la Incubadora de alta tecnología especializada en innovación tecnológica y gestión sostenible del agua (Cajamar Innova)

LOTE 1/4

Atendiendo a lo indicado en el pliego de cláusulas particulares dirigido a la prestación de los **“Suministro, instalación y montaje de equipos tecnológicos de laboratorio para la Estación Experimental Cajamar, sita en el Paraje las Palmerillas, Nº 25, Santa María del Águila (El Ejido), Sede principal de la Incubadora de alta tecnología especializada en innovación tecnológica y gestión sostenible del agua (Cajamar InnoVA)”**, en el marco de la convocatoria de ayudas concedidas por la Fundación INCYDE para el desarrollo del proyecto “Incubadoras de empresas de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes” de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Exp. 2022/024).

La mesa de contratación remitió a este comité de expertos las 2 propuestas admitidas a licitación para el lote 1 el pasado 16/08/2022, solicitando que se emita el correspondiente informe de evaluación de los criterios de adjudicación que dependan de juicio de valor, conforme a lo estipulado en las Instrucciones de Contratación y según lo indicado en el Anexo I del pliego de cláusulas particulares. El plazo para la realización de este informe no debe ser superior a **siete días (días naturales)** desde la fecha de apertura del sobre nº 2 (16/08/2022).

Las 2 propuestas admitidas a licitación han sido:

1. Distribuciones Industriales y Científicas, SL
2. Perkin Elmer, SL

Han formado parte de este comité de expertos:

- Don Ieltxu Gómez Iturrióz – Fundación Cajamar.
- Doña Corpus Pérez Martínez – Fundación Cajamar.
- Doña María Dolores Segura Rodríguez – Fundación Cajamar.

Tal y como establece el Anexo III del Pliego de Cláusulas Particulares *“La ausencia de cualquiera de los miembros del Comité de Expertos podrá ser cubierta por otro experto en la materia. Los nombres del sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste y actuación en la que se produce su intervención, se harán igualmente constar en el Acta/Informe que emitan con los expertos con sus valoraciones.”*

Corpus Pérez Martínez sustituye a Dolores Buendía Guerrero, por ausencia de esta.

1. Distribuciones Industriales y Científicas, SL (LOTE 1)

1.1. Criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor

Dentro de este epígrafe, las características valoradas han sido las establecidas por el Anexo 1, resultando las siguientes puntuaciones:

Distribuciones Industriales y Científicas, SL					Valoración
	Máx.	Servicio técnico (1-10)			
1.1.- Servicio técnico	8	8,7			7,0
	Máx.	Instalación de los equipos (máx. 3) (1-10)	Puesta a punto (máx. 3) (1-10)	Formación (máx. 3) (1-10)	Valoración
Instalación del equipamiento, puesta a punto y formación	9	9	9	8,7	8,1
	Máx.	Prestaciones y características (1-10)			Valoración
Prestaciones y características de los equipos	4	10			4,0
	Máx.	Propuesta técnica (1-10)			Valoración
Propuesta técnica	4	8			3,2
	25				Total
					22,3

Total puntos de prestaciones y características: 22,3

1.2. Aspectos más destacables.

La oferta se ajusta perfectamente las demandas de garantía, especificándolo en cada uno de ellos y coincidiendo plenamente lo propuesto en los pliegos.

La memoria técnica elaborada ha sido muy completa, especificando las características de los equipos, pero sobre todo incidiendo en las coberturas garantizables en cada uno de ellos. Además de ofertar un programa formativo muy serio. Con respecto a la memoria descriptiva técnica de su oferta se ajusta perfectamente a todas las características solicitadas en la licitación.

1.3. Aspectos negativos de la propuesta

No hay aspectos negativos a destacar.

2. Perkin Elmer, SL (LOTE 1)

1.4. Criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor

Dentro de este epígrafe, las características valoradas han sido las establecidas por el Anexo 1, resultando las siguientes puntuaciones:

Total: Excluido

En la licitación, se indica que debe presentarse un equipo de prestaciones similares o superiores a al equipo Avio 550-Max.

El equipo presentado por Perkin Elmer para este lote es el Mod. Avio 220-Max. Este equipo es de prestaciones inferiores al equipo inicialmente solicitado en el Anexo A del pliego de cláusulas técnicas. En concreto, Avio 550-max es un equipo más rápido y eficiente. En Avio 220-Max los analitos son analizados uno a uno, con lo que los tiempos de determinación por muestra son mucho mayores, Avio 550-Max analiza todos los analitos de una muestra de forma simultánea. En definitiva, AVIO 550-Max tiene una mayor velocidad de análisis.

1.5. Aspectos negativos de la propuesta.

En la licitación, se indica que debe presentarse un equipo de prestaciones similares o superiores a al equipo Avio 550-Max.

El equipo presentado por Perkin Elmer para este lote es el Mod. Avio 220-Max. Este equipo es de prestaciones inferiores al equipo inicialmente solicitado en el Anexo A del pliego de cláusulas técnicas.

2. RESUMEN DE LAS VALORACIONES

El resumen de las valoraciones es el que se expone en la siguiente tabla:

Empresa	Puntos
Distribuciones Industriales y Científicas, SL	22,3
Perkin Elmer, SL	Excluido

Se redacta el presente informe de valoración en fecha y forma y se remite a la Mesa de Contratación para su revisión.

Almería, 17 de agosto de 2022

Don Ieltxu Gómez Iturrioz – Fundación
Cajamar.

Doña María Dolores Segura Rodríguez –
Fundación Cajamar.

Doña Corpus Pérez Martínez – Fundación
Cajamar.